

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IV ZE DNE 18.9.2012

ZADAVATEL: Nemocnice Písek, a.s.

Sídlem: Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Zastoupený: MUDr. Jiří Holanem, MBA – předsedou představenstva
Ing. Danou Krákorovou – místopředsedkyní představenstva
IČ: 26095190

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V kapitole infuzní technika zadavatel požaduje 8 kusů dokovacích stanic, ale neuvádí konfiguraci, tj. kolik pump a dávkovačů se do dokovací stanice minimálně musí vejít.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje ke každému lůžku (JIP i resuscitační) 2 infuzní pumpy a 2 injekční dávkovače. To je také požadovaná minimální kapacita dokovací stanice, tj. 4 pozice.

S pozdravem

Ing. Michaela Patková

GORDION, s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Tel.: +420 281 021 823, fax: +420 281 021 825, e-mail: patkova@gordion.cz

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem