

Technická specifikace pro část č. 7 Veřejné zakázky - Vířivky

příloha nabídky 2) a)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

1.1 Část 7: Vířivky

1.1.1 Vířivka horních končetin – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry)	Komentář o splnění požadovaných parametrů
– vana pro vířivou lázeň horních končetin	
– vířivá lázeň	
– minimálně 2 vodní trysky a 6 mikrotrysek	
– regulace intenzity vířivé lázně	
– maximální obsah 55 litrů, užitečný maximálně 40 litrů	
– kontinuální a pulzní režim vířivé lázně	
– regulace intenzity vířivé lázně	
– akrylátový antibakteriální povrch	
– oplachová sprcha (sprchová baterie)	
– teploměr nebo termostatická baterie	
– doba plnění max 3 minuty, vypouštění max 3 minuty	

1.1.2 Vířivka dolních končetin – 2 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry)	Komentář o splnění požadovaných parametrů
– sedací vana pro vířivou lázeň dolních končetin	
– maximální obsah 220 litrů, užitečný 150 litrů	



- ponor končetin ve vodní lázni minimálně 65 cm	
- min. 6 vodních trysek	
- regulace intenzity vířivé lázně	
- akrylátový antibakteriální povrch	
- oplachová sprcha (sprchová baterie)	
- teploměr nebo termostatická baterie	
- doba plnění max 4 minuty, vypouštění max 4 minuty	
- dodávka včetně schůdků se zábradlím, náslapy schůdků s protiskluzovým povrchem	

MUDr. Jiří Holan, MBA
Předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková
Místopředsedkyně představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

NEMOCNICE PÍSEK, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
IČO 26095190

Technická specifikace pro část č. 8 Veřejné zakázky - Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii

příloha nabídky 2) b)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.


Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

1.2 Část 8: Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii


1.2.1 Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii – 1 ks

Medicínský účel: Přístroj k ochlazování či zahřívání pacientů

Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry)	Komentář o splnění požadovaných parametrů
– vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta	
– nastavení teplot vody v rozmezí 4-42° C	
– nastavení teploty pacienta v rozmezí 30-40° C	
– rychlost ohřátí/ochlazení: 4° C/min	
– průtok alespoň 60 l/hod	
– možnost regulace teploty pomocí hlavové pokrývky	
– alarmy: vysoká teplota, málo kapaliny, vadný senzor	
– příslušenství:	
– pokrývka hlavy 5x	
– matrace pro opakované použití 2x	
– teplotní čidlo	



MUDr. Jiří Holan, MBA
 Předseda představenstva
 Nemocnice Písek, a.s.



Ing. Dána Čagánková
 Místopředsedkyně představenstva
 Nemocnice Písek, a.s.

NEMOCNICE PÍSEK, a.s.
 Karla Čapka 589
 397 01 Písek
 IČO 26095190